



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE NR: G1004D

**ZDL i Immunologii Klinicz. Wieków Rozwojowego
SP Dziecięcy Szpital Kliniczny w W-wie Szpital Pediatryczny
ul. Żwirki i Wigury 63A IIp.
02-091 Warszawa**

w 2019 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie hemoglobiny glikowanej HbA1c w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych. Laboratorium uzyskało na aparacie 11-14-01 w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA
hemoglobina glikowana

1. WIOSNA
(+ +) +

2. JESIEŃ
(+ +) +

OCENA ROCZNA
bardzo dobra

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędów w obu materiałach (+ +).

N/O - składnik nie oznaczony/ nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach;

Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędów dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach;

Ocena roczna "zadowolająca" - kryteria dopuszczalnego błędów dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędów dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędów dla pojedynczego wyniku nie spełnione w żadnym z czterech materiałów;

B. Przybył-Hac

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 30.12.2019 r.

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź